

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 1400/BVĐKKL-VTTBYT
V/v mời chào TSKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Cai Lậy, ngày 17 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện; Cụ thể như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Thông số kỹ thuật
01	Máy laser châm cứu	Cái	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Máy mới 100%. - Yêu cầu sản xuất tại các nước G7 - Nguồn điện sử dụng: Nguồn AC 220V ±10% 2. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Đầu phát laser: ≥ 12 cái - Băng dính: 01 cuộn - Giá đỡ băng dính: 01 cái - Kính bảo vệ mắt: 02 cái - Cáp nguồn: 01 cái - Xe đẩy máy: 01 cái - Giá đỡ đầu laser: 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Số đầu phát laser: ≥ 12 đầu - Bước sóng: 620 – 750 nm (ánh sáng đỏ) - Màn hình cảm ứng màu ≥ 5 inch - Chế độ phát: Liên tục hoặc xung - Độ rộng xung điều chỉnh được - Tần số cài đặt: 0,1 – 100000 Hz - Cài đặt thời gian điều trị: 1-99 phút - Công suất tiêu thụ: ≤ 15W 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Thông số kỹ thuật
			ngày thiết bị được nghiệm thu.
02	Xe cấp cứu Nội khí quản chuyên dụng	Cái	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Thiết bị mới 100%. - Yêu cầu sản xuất tại các nước G20 2. Cấu hình thiết bị: - Xe chính bằng nhựa với 5 ngăn kéo : 01 cái - Hộp đựng kim tiêm để hủy: 02 cái - Thùng rác đựng rác thải y tế: 02 cái - Khay đựng găng tay tiệt trùng: 01 cái - Kệ để máy: 01 cái - Ngăn cấp cứu di động: 01 cái - Móc để giữ chai oxy : 01 cái - Ổ cắm điện: 01 cái - Miếng chống trượt : 01 cái - Bánh xe cao: 04 cái (02 cái có khóa, 02 cái không khóa) 3. Thông số kỹ thuật : - Chiều dài: 625 mm ($\pm 5\%$) - Chiều rộng: 475 mm ($\pm 5\%$) - Chiều cao: 930 mm ($\pm 5\%$) - Thùng đựng rác: 01 thùng màu xanh, 01 thùng màu vàng + Dung tích: 0.5 lít ($\pm 5\%$) + Kích thước: (80x 80x115) mm ($\pm 5\%$) + Độ dày: ≥ 2 mm + Chất liệu: Được làm bằng nhựa cứng - Hộp đựng kim tiêm để hủy: + Dung tích: 0.5 lít ($\pm 5\%$) + Kích thước: (50 x 50 x 100) mm ($\pm 5\%$) + Độ dày: ≥ 2 mm + Chất liệu: Được làm bằng nhựa cứng - Mặt bàn của xe được làm bằng nhựa dày ≥ 3 mm - Xe có thiết kế thêm ngăn kéo di động - Khóa trung tâm để đóng chặt tất cả các ngăn

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Thông số kỹ thuật
			kéo - Bánh xe có đường kính (100 – 125) mm. - Có lan can và có tay đẩy - Khay kéo mở rộng 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.

Nhà thầu chào thông số kỹ thuật cho từng thiết bị y tế mà nhà thầu có thể cung cấp.

Nếu Quý nhà cung cấp có cung cấp các loại hàng hoá nêu trên, đề nghị Quý nhà cung cấp gửi văn bản chào cấu hình, TSKT theo mẫu đính kèm và kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (*nếu có*) về Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) **ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ chào thông số kỹ thuật máy laser châm cứu, xe cấp cứu Nội khí quản chuyên dụng”** để Bệnh viện tiến hành lập dự toán mua sắm, đấu thầu theo quy định. (*Theo biểu mẫu đính kèm*)

Nơi nhận: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy

Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/6/2025

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT

Q. GIÁM ĐỐC

BIỂU MẪU CHÀO CẦU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số 1400/BVĐKCL-VTTBYT ngày 17 tháng 6 năm 2025)

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO CẦU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Theo văn bản mời chào cầu hình, thông số kỹ thuật của Bệnh viện, Công ty chúng tôi chào cầu hình, thông số kỹ thuật (TSKT) như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Cầu hình, thông số kỹ thuật

Kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Ngày ... tháng năm

Đại diện của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)