

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 302/BVĐKCL-VTTBYT

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cai Lậy, ngày 11 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế năm 2025 lần 2.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào giá với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Đoàn Văn Tho, phòng Vật tư thiết bị y tế, điện thoại: 0909 281 995.
 - Ông: Nguyễn Tấn Thành, phòng Vật tư thiết bị y tế, điện thoại: 0377 999 866.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp.
 - Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp). **ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ chào giá máy điện tim; monitor theo dõi bệnh nhân; monitor theo dõi sản khoa; máy phá rung, tạo nhịp tim; máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) ”** để Bệnh viện tiến hành lập dự toán mua sắm, đấu thầu theo quy định.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/8/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung mời chào giá:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
1	Máy điện tim	Cái	01	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Máy mới 100%. - Xuất xứ: Các nước G7, các nước liên minh Châu Âu (EU) - Điện áp làm việc: Nguồn AC 220V ($\pm 10\%$), 50 Hz, pin sạc 2. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Pin sạc: 01 cái - Cáp điện tim: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Điện cực chi: 04 cái - Điện cực ngực: 06 cái - Giấy in theo máy: ≥ 02 xấp/ cuộn - Bút lau đầu máy ghi nhiệt: 01 cái - Xe để máy có bánh xe dễ dàng di chuyển, phù hợp với máy: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh (nếu có): 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Màn hình cảm ứng ≥ 5 inch - Số kênh: ≥ 6 kênh - Máy điện tim kèm phần mềm phân tích kết quả điện tim - Máy giúp quan sát rõ ràng ≥ 12 đạo trình điện tim, có tin nhắn cảnh báo và chức năng hướng dẫn giúp người sử dụng kiểm tra nguyên nhân gây ra lỗi khi đo: Điện cực bị lỏng và đặt sai vị trí được nhận biết và chỉ dẫn bằng tin nhắn cảnh báo. - Lưu được ≥ 3 phút gần nhất toàn bộ các đạo trình ECG vào bộ nhớ trong và lựa chọn được một phần để in và phân tích. - Xuất dữ liệu qua mạng LAN và qua mô-đun mạng không dây tích hợp.

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
				- Kết nối, gửi kết quả điện tim được qua máy vi tính (nếu có sử dụng phần mềm chuyên dụng thì phải cung cấp file cài đặt + bản quyền (nếu có)). - Kết nối, gửi kết quả điện tim qua được hệ thống PACS của bệnh viện đang sử dụng - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV - Độ phân giải: $\geq (800 \times 480)$ dots - Hiển thị thông số: dạng sóng điện tim ≥ 12 đạo trình, thông tin bệnh nhân, các cài đặt chế độ ghi, chế độ vận hành, nhịp tim, phức hợp QRS, báo lỗi, tiếp xúc điện cực, nhiễu - Chế độ in: In nhiệt + Số kênh: 3, 4, 6 + Tốc độ giấy: Chọn được ≥ 5 tốc độ + Thông số ghi: Dạng sóng ECG, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, cài đặt bộ lọc, thông tin bệnh nhân, thông tin phép đo, đánh dấu sự kiện 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.
2	Monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	02	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Máy mới 100%. - Xuất xứ: Các nước G7, các nước liên minh Châu Âu (EU) - Điện áp làm việc: Nguồn AC 220V ($\pm 10\%$), 50 Hz, pin sạc 2. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Cáp điện tim: 01 cái - Điện cực điện tim: 01 bộ - Cáp nối SpO2: 01 sợi - Đầu dò SpO2 trẻ em: 01 cái

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
				- Đầu dò SpO2 người lớn: 01 cái - Ống đo huyết áp không xâm lấn : 01 cái - Túi hơi huyết áp người lớn: 01 cái - Túi hơi huyết áp trẻ em: 01 cái - Túi hơi huyết áp sơ sinh: 01 cái - Giấy in: 01 xấp/ cuộn - Pin sạc: 01 cái - Máy in nhiệt (tích hợp trong máy): 01 cái - Xe đẩy máy có bánh xe dễ dàng di chuyển, phù hợp với máy: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh (nếu có): 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Máy theo dõi 5 thông số : ECG, nhịp thở, NIBP, SpO2, Nhiệt độ - Màn hình màu cảm ứng kích thước ≥ 12 inch, độ phân giải $\geq (800 \times 600)$ dots, người sử dụng có thể thao tác vận hành máy rất dễ dàng và nhanh chóng. - Tính năng phóng lớn các tham số theo dõi trên màn hình giúp quan sát từ xa dễ dàng - Có chỉ thị báo động giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân. - Phát hiện rối loạn nhịp - Máy hiển thị liên tục sóng ECG và sóng của các tham số khác trong thời gian ≥ 72 giờ. - Máy lưu lại ≥ 72 giờ tất cả các dữ liệu dưới dạng đồ thị và kết quả huyết áp NIBP dưới dạng danh sách. - Tính năng phát hiện và kích hoạt đo huyết áp khi có sự thay đổi bất thường xảy ra trong mạch máu. 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
3	Monitor theo dõi sản khoa	Cái	01	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Máy mới 100%. - Xuất xứ: Các nước G7, các nước liên minh Châu Âu (EU) - Điện áp làm việc: Nguồn AC 220V ($\pm 10\%$), 50 Hz, pin sạc 2. Cấu hình cung cấp: - Máy chính với màn hình màu cảm ứng: 01 máy - Đầu đo con co tử cung và đầu dò đo nhịp tim thai: 01 cái - Đầu dò song thai : 01 cái - Đầu đo nhịp tim thai: 01 cái - Dây đánh dấu cử động thai: 01 cái - Dây đai đầu dò: 02 cái - Gel siêu âm: 01 ống/típ - Giấy ghi: 1 xấp/ cuộn - Máy in nhiệt tích hợp trong máy - Dây nguồn: 01 cái - Giỏ đựng phụ kiện gắn trên máy : 01 cái - Xe đẩy máy có bánh xe dễ dàng di chuyển, phù hợp với máy: 01 Chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh (nếu có): 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Monitor sản khoa chức năng theo dõi chuyển dạ gồm nhịp tim thai cho cả hai bé (trong trường hợp song thai), theo dõi con gò tử cung và theo dõi cử động thai . - Màn hình màu cảm ứng ≥ 7 inch - Thông tin hiển thị: Điện thai đồ, các thông số của thai nhi và mẹ, tình trạng thiết bị - Máy có bộ nhớ tạm thời khi máy bị hết giấy hay mất điện - Dữ liệu trong bộ nhớ tạm thời sẽ in tốc độ

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
				cao tại thời điểm phục hồi điện - Máy lưu dữ liệu lên đến ≥ 6 giờ - Máy có cổng kết nối được mạng LAN - Đo nhịp tim (FHR) - Tín hiệu đầu vào: Hệ thống 2 kênh siêu âm Doppler - Dải đo: 50 - 240 nhịp/ phút - Báo động: Khi nhịp tim thai vượt quá giới hạn trên dưới và thời gian trễ. - Đo cử động thai: + Kỹ thuật phát hiện: siêu âm Doppler, 2 kênh + Cách thức ghi: Ghi sóng nhọn - Đo cơn co tử cung: + Tín hiệu vào: Đầu dò theo dõi cơn co tử cung + Dải đo: 0-100 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.
4	Máy phá rung, tạo nhịp tim	Cái	01	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Máy mới 100%. - Xuất xứ: Các nước G7, các nước liên minh Châu Âu (EU) - Nguồn điện sử dụng: Nguồn AC 220V $\pm 10\%$, 50 Hz, pin sạc 2. Cấu hình thiết bị: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 sợi - Bản sóc người lớn và trẻ em: 02 cái - Cáp điện tim: 01 cái - Dây điện tim 3 chuyển đạo: 01 sợi - Pin sạc: 01 cục - Gel bôi da đánh sóc: 01 hộp - Máy in tích hợp trong máy

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
				- Giấy in nhiệt: 01 xấp/ cuộn - Bản sốc dán dành cho tạo nhịp: 01 bộ - Adaptor cho bản sốc dán: 01 cái - Xe đẩy máy có bánh xe dễ dàng di chuyển, phù hợp với máy: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh (nếu có): 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Máy phá rung, tạo nhịp tim 2 pha. - Thời gian nạp năng lượng đến mức 200J không quá 5 giây. - Có công kết nối cáp SpO2, ECG. - Màn hình màu ≥ 6 inch - Màn hình LCD hiển thị các thông số như dạng sóng ECG, năng lượng sốc, chế độ hoạt động. - Có tính năng tự động kiểm tra trước khi sốc, cảnh báo điện cực lỏng. - Chế độ hoạt động: Sốc đồng bộ, không đồng bộ, có chế độ AED (tự động phân tích nhịp tim). - Sóng ECG phục hồi trong vòng ≤ 3 giây sau khi khử rung tim giúp xác nhận một cách nhanh chóng tình trạng của bệnh nhân sau đánh sốc 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
5	Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2)	Cái	10	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Máy mới 100%. - Xuất xứ: Các nước G7, các nước liên minh Châu Âu (EU) - Nguồn điện sử dụng: Pin 2. Yêu cầu cấu hình:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
				Cấu hình của 10 máy đồng bộ gồm: - Máy chính: 10 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng cho trẻ sơ sinh loại quấn, sử dụng nhiều lần: 03 cái - Cảm biến đo SpO2 trẻ em loại kẹp, sử dụng nhiều lần: 02 cái - Cảm biến đo SpO2 người lớn, sử dụng nhiều lần: 07 cái - Bộ Pin sạc, sử dụng nhiều lần (tích hợp theo máy): 10 bộ - Bộ sạc pin (tích hợp theo máy hoặc rời): 10 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh (nếu có): 10 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Đo được Nồng độ SpO2 trong máu và nhịp mạch. - Hiển thị thông số % nồng độ SpO2 và nhịp mạch, dễ quan sát. - Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 40 giờ - Thời gian lưu trữ dữ liệu: ≥ 72 giờ - Sử dụng được loại pin sạc và pin sử dụng 01 lần - Có chức năng báo pin yếu. - Có tích hợp âm thanh và màu sắc cảnh báo và báo động. - Nhỏ gọn, dễ cầm nắm và di chuyển khi sử dụng. 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
	Tổng cộng: 05 khoản			

- Nhà thầu chào giá cho từng thiết bị y tế mà nhà thầu có thể cung cấp.

2. Biểu mẫu chào giá: Theo mẫu đính kèm

Rất mong sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./.

Q. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT (Thành);

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 302/BVĐKCL-VTTBYT ngày 11 tháng 8 năm 2025)

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Công ty chúng tôi chào giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa liên quan (nếu có)

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Cấu hình, TSKT	Ký mã hiệu, chủng loại (nếu có)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Mã HS (nếu có)	Ghi chú
1												
2												
.....												
Tổng cộng: ... khoản										...		

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí khác có liên quan. (Nhà cung cấp/Hãng sản xuất gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...
[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))