

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm “**Tủ bảo quản thuốc, vắc xin**” cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
01	Tủ bảo quản thuốc, vắc xin	Cái	01	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Máy mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%. - Yêu cầu sản xuất tại các nước G7 II. Thông số kỹ thuật: - Tủ kiểu đứng, 2 cánh cửa kính. - Chân tủ: 4 chân bằng thép không gỉ, có thể điều chỉnh chiều cao. - Bên trong: Có ≥ 6 giá trữ mẫu làm bằng thép phủ sơn chống ăn mòn, được chia đều mỗi bên. Giá được đặt trên gờ chống trượt và có thể điều chỉnh được độ cao. - Báo động bằng âm thanh và đèn: + Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp + Cửa mở, hoạt động chậm hơn 2 phút so với tiêu chuẩn. + Lỗi nguồn + Pin không sạc + - Đèn trong tủ: Đèn LED. - Thời gian lưu trữ sau khi mất điện nguồn:

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
				≥ 24 giờ, đảm bảo nhiệt độ (+2°C đến +8°C). - Thang nhiệt độ: Điều chỉnh trong khoảng +2°C đến +15°C. - Thể tích: ≥ 1.200 lít. III. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

Nếu Quý nhà cung cấp có cung cấp các loại hàng hoá nêu trên, đề nghị Quý nhà cung cấp gửi văn bản chào cầu hình, TSKT theo mẫu đính kèm và kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (*nếu có*) về Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ chào thông số kỹ thuật **Tủ bảo quản thuốc, vắc xin**” để đơn vị tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định. (*Theo biểu mẫu đính kèm*)

Nơi nhận: Phòng VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Thời hạn nhận báo thông số kỹ thuật có giá tham khảo: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/8/2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC

BIỂU MẪU CHÀO CẦU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số 309/BVĐKCL-VTTBYT ngày 12 tháng 8 năm 2025)

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO CẦU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Theo văn bản mời chào cầu hình, thông số kỹ thuật của Bệnh viện, Công ty chúng tôi chào cầu hình, thông số kỹ thuật (TSKT) như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Cấu hình, thông số kỹ thuật	Giá tham khảo (VNĐ)

Kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Ngày ... tháng năm

Đại diện của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)